

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第1页，共2页

检验检测机构名称		平塘生态环境监测站			
		2024 年 12 月 18 日			
证书编号	222412051783	有效期限	2028. 01. 06		
联系人	莫洪波	手机	18085432078		
通信地址及邮编	平塘县金盆街道迎宾大道武装部旁 558300				
序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准(方法)名称、编号(含年号)	变更后的标准（方法）名称、编号（含年号）	限制范围	变更内容
一 /1/1.1 7	环境监测/水（大气降水） 和废水/硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 16489-1996	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ1226-2021		1. 标准（方法）年号变化； 2. 取样、检出限改变：原标准方法取样体积为 100ml，使用光程为 1cm 比色皿时检出限为 0.005mg/L，测定上限为 0.700mg/L；现标准方法为取样体积为 200 ml，使用 10 mm 光程比色皿时，方法检出限为 0.01 mg/L，测定下限为 0.04 mg/L；使用 30 mm 光程比色皿时，方法检出限为 0.003 mg/L，测定下限为 0.012 mg/L； 3. 试剂改变：原标准磷酸，现标准为盐酸； 4. 设备改变：原标准为酸化-吹气-吸收装置，现标准为酸化-吹气-吸收装置和酸化-蒸馏-吸收装置； 5. 样品保存发生变化：原标准为 一周，现标准为 4d 内； 6. 现标准增加了质量保证和质量控制、废物处置、注意事项等。 7. 变更内容不涉及实际能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第 2 页，共 2 页

检验检测机构名称	平塘生态环境监测站				
	2024 年 12 月 18 日				
证书编号	222412051783	有效期限	2028. 01. 06		
联系人	莫洪波	手机	18085432078		
通信地址及邮编	平塘县金盆街道迎宾大道武装部旁 558300				
序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准（方法）名称、编号（含年号）	变更后的标准（方法）名称、编号（含年号）	限制范围	变更内容
一 /2/2.1	环境监测/环境空气和废气/总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263—2022		1. 标准（方法）年号变化； 2. 检出限改变：原标准方法检出限为 0. 001mg/m ³ ，现标准方法检出限为 7 μg/m ³ ； 3. 设备改变：原标准为恒温恒湿箱，现标准为恒温恒湿设备（室）； 4. 样品保存发生变化：原标准未做具体规定，现标准为最长不超过 30d； 5. 仪器设备精度要求变化：原标准称量范围≥10g；感量 0. 1mg；再现性（标准差）≤0. 2mg，现标准天平的分度值不超过 0. 0001g
自我承诺	本次变更不涉及实际能力变化，本机构承诺已具备新标准（方法）所需相应资质认定条件，并对承诺的真实性负责。 <div>（印章） 备案日期：2024 年 12 月 18 日</div>				

注：① “序号、类别” 应与《证书附表》一致；
②如标准（方法）仅为年号、编号变化，或变更的内容不涉及实际检验检测能力变化，可填写此表。